

PLAZMA ERİTME TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plazma eritme torbası taze donmuş plazma ve kriyopresipitatları plazma eritme cihazında eritme amaçlı kullanılmalıdır.
2. Plazma eritme torbai şeffaf olmalıdır.
3. Plazma eritme torbası tek kullanımlık olmalıdır.
4. Plazma eritme Torbasının eni 16 cm (± 1 cm) boyu 35 cm (± 1 cm) olmalı, eritilecek taze donmuş plazma ve kriyopresipitatlar torbanın içerisine zorlamadan sığabilmelidir.
5. Plazma eritme torbasının boy kısmında en üstte cihaza takılmayı sağlayacak 6 – 7 cm lik askı yeri olmalıdır.
6. Plazma eritme torbası sağlam olmalı kolay yırtılmamalıdır.
7. Plazma eritme torbası 37° C derece ila 45° C derece suya gireceği için bu ısıya dayanıklı yapıda olmalı, erimemeli ve deforme olmamalıdır.
8. Plazma eritme torbaları kullanım kolaylığı açısından, içerisinden tek tek çekilerek kolay çıkabilen dispanser karton kutuda olmalıdır.